OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Código	SAD-MAN-FR-005
		Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
			Página 1 de 2

Fecha Remisión	25/8/21	Remisión #	166606	Auxiliar Mantenimiento	MPatino	No. Orden	

Código Equipo	NW-4525B	Fecha Inicio	2/9/22 11:45	Fecha Fin	2/9/21 2:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

			Kit de mangueras			Si		No	
			filtro de aire.			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS		CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90% - 96%)								BASE	MANIJA		
	10305	69	92E	SI	SI	SI	CS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTTO correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cuál?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	✓	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - E6)	ok
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L3-E5)	ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	ok
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							Aprobado
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90% - 96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)		(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE	MANIJA	(Si-No)	
	10307	68	94.0	SI	SI	SI	CS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino