OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAD-MM-FR-020
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/06/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	31/ene	Remisión #	16035	Auxiliar Mantenimiento	MPalmc
No. Orden					
Codigo Equipo	NN-3026	Fecha Inicio	1/9/21 2:00	Fecha Fin	2/9/21 8:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

			Kit de mangueras				SI		NO	
			Fijo en central				SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIELEAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(%rh)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(5-lpm)	Desconexión (SI/No)	Pila (SI/No)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	BASE (SI / NO)	REVISAR (SI / NO)	(SI/No)	
	83%	60	92%	SI	SI	SI	ESS	SI	SI	SI	SI	SI	P	Mtr correcto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma	No	X	Si		Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	S			Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIELEAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(%rh)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(5-lpm)	Desconexión (SI/No)	Pila (SI/No)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	BASE (SI / NO)	REVISAR (SI / NO)	(SI/No)	Arreglado
	83%	61	93%	4	SI	SI	ESS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Palmc