OXIPRO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	SIG-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 31/8/22 | Remisión #: 16035 | Auxiliar Mantenimiento: MYCTINC | No. Orden:

Código Equipo: AM-26573 | Fecha Inicio: 1/9/22 11:40 | Fecha Fin: 1/9/22 2:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

								SI		NO	
								SI		NO	
								SI		NO	
								SI		NO	
								SI		NO	
								SI		NO	
								SI		NO	

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HUMEDAD	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			VENTILAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(%rh)	(9-11 PSI)	(85% - 90%)	(5-40L)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI-No)	
21665	61	95.4	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTTO PREVENTIVO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2h 20	General Alarma	No	X	SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluxómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EX)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EX)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
9	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HUMEDAD	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			VENTILAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(%rh)	(9-11 PSI)	(85% - 90%)	(5-40L)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI-No)	
21666092	62	9	5		SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aplicado

FIRMA MANTENIMIENTO: Mateo Patiño