

Fecha Realización: **1/9/21** Ramal: **62137** Auxiliar Mantenimiento: **M. Palino** No. Orden:
 Código Equipo: **NW-3121B** Fecha Inicio: **3/9/2020** Fecha Fin: **3/9/21 11:00**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
kit de mangueras					
filtro de aire					
filtro ext (ole. (50)					

se deja 3 horas haciendo observando el trabajo y en ningun momento falla

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ONGERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Fuga	"Fuga a B"				SABE	SHILLA	SHIN			
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)			
	202163050	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Correctivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		3h		Genera alarma		No	X	SI	Cuest					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Malo
6. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pta 5.5 V	Verifica voltaje de la pta	SU OK OK OK OK OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al se agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Robinson)	Se verifica activación de alarmas (LL-LO-E2)	OK OK OK OK
2	Fuga Máxima	Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-E2)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Chequea manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ONGERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fuga	"Fuga a B"				SABE	SHILLA	SHIN		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	202163053	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AProbado Mantenimiento
FIRMA MANTENIMIENTO															