OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: GAD-MAN-FR-005
		Versión: 1 — Fecha Actualización: 08/08/2018
		Página 1 de 2

Fecha Remisión	27/8/21	Remisión #	166792	Auxiliar Mantenimiento	MPatiño.	No. Orden	

Codigo Equipo	WN-197B	Fecha Inicio	2/9/21 11:30	Fecha Fin	3/9/21 9:00

EQUIPO CONTAMINADO POR [illegible]	[illegible]	FECHA [illegible]	FECHA [illegible]		
		Kit de mangueras		Si	No
		filtro ext central		Si	No
				Si	No
				Si	No
				Si	No
				Si	No
				Si	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(88% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-ES)						
	10831	5.8	89.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	Mtto correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	+	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(88% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-ES)						
	10832	6.0	91.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Vaneda Patiño G