OXIPRO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha [illegible]		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	M Patino.	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	AW-247583	Fecha Inicio	6/9/22 7:59	Fecha Fin	6/9/22 9:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

[illegible]	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			2 Filtro integral Filtro de aire			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

[illegible]

[illegible]	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL/ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MARCA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
14123	6	4	950	Si	Si	SI	ES	Si	Si	Si	Si	Si	SI	MTTO Preventivo

1. [illegible]	Tiempo de la prueba	1h 30	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo

5. [illegible] IDENTIFICADOS

6. [illegible] DE LAS [illegible]	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento	

[illegible]	Prueba	Descripcion	Resultado
	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5V
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	[illegible]	Se verifican las conexiones [illegible] del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
	[illegible]		

Descripción del [illegible]

[illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

[illegible]

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre hidráulico)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
	[illegible]	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES))	LO
	[illegible] eléctrica	Activación alarma sonora	OK
	Desconexión desde el flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
	[illegible]	[illegible]	OK

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MARCA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
14129	6	4	939	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Marcela Patiño