



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
OAC-MAN-FR-003  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 05/08/2019  
Página 1 de 2

Fecha: 8/1/22 Remitido a: 16763 Audio Mantenimiento: mlatino No. Orden:

Código Equipo: AW-2025B Fecha Inicio: 8/1/22 9:55 Fecha Fin: 8/1/22 11:20

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTA	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPUESTO CAMBIADO
					SI		No
					SI		No
					SI		No
					SI		No
					SI		No
					SI		No

usarse Pudo cambiar manguera antes ya que no hay mangueras.

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					REALAR	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (20-40)	Pila (20-40)	"Flujo a 0"	(20-40)	(20-40)				(20-40)	(20-40)	(20-40)			(20-40)	
	2163952	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto Aprobado	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mto								
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI		Cant. Sincronizadores										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK
6	Otras		
7	Otras		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Carga Fullviento)	Se verifica succion de alarmas (L1 - L2 - E3)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica emisión de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión Pila eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Chalco manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					REALAR	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-40)	Pila (20-40)	"Flujo a 0"	(20-40)	(20-40)				(20-40)	(20-40)	(20-40)		
	18262935	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado Manoela Brito

FIRMA MANTENIMIENTO: Manoela Brito