

**ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES**

FORMA 1000  
 Versión: 1  
 Fecha Actualización: 05/08/2018  
 Página 1 de 2

Logo: **OxPro**

Fecha: 9/9/22  
 Revisión: 167706  
 Acabado Mantenimiento: mraño  
 No. Orden: \_\_\_\_\_

Identificación del Equipo  
 Código Equipo: 20200000000049B  
 Fecha Inicio: 9/9/22 8:25  
 Fecha Fin: 9/9/22 10:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	C. ESPORTE	REPUERTO CAMBIADO
			mito de aire			SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE						

En Mantenimiento	HOMBRETO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FL/INCH	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCONEXION	PILO	"FLUGA a 0"				BASE	MARCA	RUEDAS		
30/09/22	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mito Preventivo
1. CILINDRO	Tiempo de la prueba		1h 20	Genero Alarma	No	X	SI	Cuati							
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	Y	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Mala				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	5.0
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o curto	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fluga a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica actuación de alarmas (LI - LD - ES)	OK
2	Fluga Manera	Se verifica actuación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo a LI-LD-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Actuación alarma sonora	OK
4	Desconexión línea de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Actuación de válvula de alarma	Operar mangos de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOMBRETO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FL/INCH	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCONEXION	PILO	"FLUGA a 0"				BASE	MARCA	RUEDAS		
30/09/22	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado mraño
FIRMA MANTENIMIENTO: mraño															