ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-006
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/22
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 7/9/22 | Remisión #: 167554 | Auxiliar Mantenimiento: mpatino | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: VN-2348 | Fecha Inicio: 9/9/22 10:16 | Fecha Fin: 9/9/22 12:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA SUMINISTRADO OMISIONES DE SUMINISTRO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
			manguera 57cm			Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El Arc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El Arc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El Arc)	FILTROS (El Arc)	BASE (El Arc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - MO)	RUEDAS (El Arc)	OBSERVACIONES
	872555	533	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTTO CORRECTIVO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2h	Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS REALIZADAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.3. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	SI
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconectar tarjeta de flujo	Desconectar linea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de alivio de compresor	SI
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El Arc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El Arc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El Arc)	FILTROS (El Arc)	BASE (El Arc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - MO)	RUEDAS (El Arc)	OBSERVACIONES
	873639	53	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño.