



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OAD-MAN-FR-008
Versión	1
Fecha Publicación	05/03/09
Página 1 de 2	

Fecha Recepción	Remisión #	Ayuda Mantenimiento	No. Orden
-----------------	------------	---------------------	-----------

IDENTIFICACION DEL EQUIPO			
Código Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin	

NU-2389B

13/09/2022 8:16

13/09/2022 10:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESION	OSCILO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Yiga a F" (SI/NO)				BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)		
7206	6.494.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mnto Preventivo	
1. DICLADO		Tiempo de la prueba		1 h 30		Genero Alarma		No	X	SI	Cual?				
2. RIGID EXTRA		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Ruido	X	Mal	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	X	Con Subcalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifico voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido o se agita o fuerte	OK
6	Otro		
7	Otro		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Selección	Descripción	Resultado
1	Pila + 2 (Cero Flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	E3
2	Pila Muestra	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (L1-L3-E3)	LO
3	Desconexión eléctrica	Indicación alarma sonora	OK
4	Desconexión agente de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de agente de alar	Disturbio mangos de salida de aire de compresor	OK
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESION	OSCILO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Yiga a F" (SI/NO)				BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)		
7206	6.495.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO	