OXYPRO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAM-FR-026
Version: 1	Fecha Actualización: 02/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	mPatino	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: 2017100000022 Fecha Inicio: 9/9/22 8:09 Fecha Fin: 9/9/22 9:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Filtro de aire.			Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANTES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (E-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (E-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LED)	REJILLAS (E- No)	FILTROS (E- No)	BASE (E- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (E- MB)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (E- MD)	RUEDAS (E-No)	OBSERVACIONES
	3118	7.0	95	6	SI	SI	SI	E	B	B	B	B	B	MAB PREVENTIVO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 1h30 — Genera Alarma: No / Si / Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si / No X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas / Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno / Con Sobrecalentamiento

DURANTE EL MANTENIMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5,5 V	Verifica voltaje de la pila	B
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	B
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	B
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	B
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	B
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	B
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	B
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	B
4	Desconexion/ cerrara de flujo	Desconectar linea eléctrica	B
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	B
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

DESPUES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (E-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (E-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LED)	REJILLAS (E- No)	FILTROS (E- No)	BASE (E- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (E- MB)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (E- MD)	RUEDAS (E-No)	OBSERVACIONES
	3119	7.0	95	5	SI	SI	SI	E	S	S	S	S	S	APROBADO

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño