OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: GAD-MAN-FR-008 · Versión: 1 · Fecha Actualización: 05/08/2019 · Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO

Código Equipo	NN-4519B	Fecha Inicio	16/09/2022 10:35	Fecha Fin	16/09/2022 17:06

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SÍNTOMA / REPORTADO / OPERACIÓN / SERVICIO

FALLA	DAÑO	SUCIEDAD	DESCRIPCIÓN / REPUESTO	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
	X		Filtro interno Aire.	7		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Manguera tubo refrigeración suelto

En Mantenimiento

HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	MASK (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
[illegible]	6.7	95.1	Sí	Sí	Sí	E5	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	7h 30	Generó Alarma	No		Si	X	Cuál?	E7

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Mangueras sueltas, se ajustan y se procede hacer mantenimiento y revisión

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	MASK (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
[illegible]	6.0	94.5	Sí	Sí	Sí	E5	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	FIRMA MANTENIMIENTO