| OXIPro | ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES | FORMATO |
|---|---|---|
| | | Código: GAD-MAN-FR-009 |
| | | Versión: 1 — Fecha Actualización: 05/08/2019 |
| | | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | 21-9-22 | Remisión # | 168354 | Auxiliar Mantenimiento | M Patiño | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Código Equipo | NN-4261B | Fecha Inicio | 21-9-22 | Fecha Fin | 21-9-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

### DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (4-7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LL-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No) | MANIJA (Si-No) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 548169 | | 92.9 | S | S | S | ES | S | S | S | S | S | S | Mtto |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | | Si | | Cuál? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | b | Malas | | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

### DIAGNOSTICO DE FALLA — SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | Si |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | Si |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Si |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | Si |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

### REPUESTOS CAMBIADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Filtro de aire | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

### PRUEBAS FUNCIONALES PARA VERIFICACION DE LAS ALARMAS REALIZADAS AL CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)) | ES |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Si |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | Si |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Si |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

### PRUEBAS POST MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (4-7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LL-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No) | MANIJA (Si-No) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 548326 | | 92.8 | S | S | S | ES | S | S | S | S | S | S | Aprobado |

| FIRMA MANTENIMIENTO | Monica Patiño |
|---|---|