ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Código	GAD-MAN-F-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 21-9-21 | Orden #: 16854 | Auxiliar Mantenimiento: MAURICIO | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: AW-1845B | Fecha Inicio: 21-9-21 | Fecha Fin: 21-9-21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Cable de Poder.			Si No
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

FICHA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El Hrs)	Pila (5l/Min)	"Flujo a 0" (LLAS)	REJILLAS (El / Min)	FILTROS (El / Min)	BASE (El / Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El / Min)	MANIJA (El - 4/3)	RUEDAS (El / Min)	OBSERVACIONES
	8961	64950	SI	S		E	S	S	S	S	S	S	S	MAO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genero Alarma: No [ ] Si [ ] | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] No [✓] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [✓] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [✓] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenos | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena SI | Con Sobrecalentamiento:

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	SI
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS CAMBIADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - CS)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El Hrs)	Pila (5l/Min)	"Flujo a 0" (LLAS)	REJILLAS (El / Min)	FILTROS (El / Min)	BASE (El / Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El / Min)	MANIJA (El - 4/3)	RUEDAS (El / Min)	OBSERVACIONES
	8961	64925	S	S		E	S	S	S	S	S	S	S	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Mauricio