OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-009
Versión 1	Fecha Actualización: 30/08/2015
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 26-9-22 | Remisión #: 168951 | Auxiliar Mantenimiento: M Patino | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-200B | Fecha Inicio: 26-9-22 | Fecha Fin: 26-9-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

SOLA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (b. T Pág)	OXÍGENO (MPa - MPa)	FLUJÓMETRO (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml/min)	Pila (Ml/min)	"Flujo a 0" (LL/HS)	BRUJULAS (Ml/min)	FILTROS (Ml/min)	BASE (Ml/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ml/min)	MANUAL (Ml/min)	RUEDAS (Ml/min)	OBSERVACIONES
	11226	67	93.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MAC

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2:05 | Generó Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento

Pruebas de Alarma

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Ex
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ex
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ex
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Fuerte
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit de manguera	Si			

Pruebas de Alarma

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ex
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Ex
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ex
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Pruebas de Alarma

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (b. T Pág)	OXÍGENO (MPa - MPa)	FLUJÓMETRO (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml/min)	Pila (Ml/min)	"Flujo a 0" LLAVE	BRUJULAS (Ml/min)	FILTROS (Ml/min)	BASE (Ml/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ml/min)	MANUAL (Ml/min)	RUEDAS (Ml/min)	OBSERVACIONES
	11227	67	94.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino