ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXUPRO

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version	1
Fecha Actualizacion	03/08/2018
Pagina	1 de 3

Fecha Remisión: 28-9-22 | Remisión #: 16910 | Auxiliar Mantenimiento: M Patiño | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NW-2420B | Fecha Inicio: 28-9-22 | Fecha Fin: 28-9-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO (OPERADOR DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	S. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (94% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-4m)	Pila (El-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El-4m)	FILTROS (El-4m)	BASE (El-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - HO)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (El - HO)	RUEDAS (El-4m)	OBSERVACIONES
	7880	6	3932	SI	SI	SI	SI	S	S	S	S	S	S	MAIO

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: — Generó Alarma: No X Si — Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si — No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas — Malas X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno — Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: EQUIPO Presenta error, sele cambio manguera 57cm

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenos | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno S — Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	manguera 57 cm	1			
	filtro de aire	1			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sensor de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Disturb manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (94% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-4m)	Pila (El-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El-4m)	FILTROS (El-4m)	BASE (El-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - HO)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (El - HO)	RUEDAS (El-4m)	OBSERVACIONES
	7880	6	3980	SI	SI	SI	SI	S	S	S	S	S	S	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño