ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	OAD-MAN-FA-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 7-09-22 | Remisión #: 169110 | Auxiliar Mantenimiento: MBatino | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NW-25575 | Fecha Inicio: 7-09-22 | Fecha Fin: 7-09-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | | **FECHA FIN AISLAMIENTO** |

SINTOMA REPORTADO O PERDIDAS DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ACTA DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (Ib - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MO)	MANILA (5l - MO)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
1	4185826	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Gerent Alarma: No X Si | Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: equipo presenta alarma, se cambia manguera
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenos | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena SI | Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO FALLA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	manguera de aire con filtro	1			

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (Ib - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MO)	MANILA (5l - MO)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
1	4186393	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Archivado

FIRMA MANTENIMIENTO: Mbatino