



### ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 Código: SAC-6644-FR-008  
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/09/2016  
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión # Auxiliar Mantenimiento: **MPatino** No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
 Código Equipo: **AN-4188B** Fecha Inicio: **29-9-22** Fecha Fin: **29-9-22**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: **22-9-22** FECHA FIN AISLAMIENTO: **27-9-22**

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPARADO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (20-A)			Fuga (21-B)			RELLenos (22-C)	FILTROS (23-D)	SABE (24-E)				BASE (25-F)	BARRA (26-G)
					(20-A)	(21-B)	(22-C)	(23-D)	(24-E)	(25-F)								
	266652	60.9			SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MAHO		
1. CICLAJO		Tiempo de la prueba			Genero Alarma			No	X	SI								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		<b>Buenas</b>			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT
Kit de mangueras	21	

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 3 (Carre Reguladora)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2))	OK
3	Desconexión sonora	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Cilindro manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (20-A)			Fuga (21-B)			RELLenos (22-C)	FILTROS (23-D)	SABE (24-E)				BASE (25-F)	BARRA (26-G)
					(20-A)	(21-B)	(22-C)	(23-D)	(24-E)	(25-F)								
	266666950	9	SI		ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AProbado maneja Patino		
TITIMA MANTENIMIENTO																		