OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-000
Versión 1	Fecha Actualización: 20/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	mPatino	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	7PSAB2020020000074	Fecha Inicio	29-9-22	Fecha Fin	29-9-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO DIFERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Acopla de tablero - humificador filtro lateral uso.	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	14471	62	929	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MAtO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Equipo presenta ruido fuerte y extraño en el compresor, se hace mantenimiento y se verifica el orden, porque estaba mal armado

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	or
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	or
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	or
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

ACTUACION UNIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Anillos	2			

PRUEBAS DE VALIDACION PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN LA MANTENIMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	or
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	or
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	or
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	14471	61	922	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino