OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	30-9-22	Remisión #	69781	Auxiliar Mantenimiento	mPatinc
				No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NW-8808	Fecha Inicio	30-9-21	Fecha Fin	30-9-22
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		
FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO			

SÍNTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	C. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Filtro Central			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANTES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90% - 96%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Base (Si-No)	Manija (Si-No)	(Si-No)	
	6384	70	95.4	Si	Si	Si	ES	Si	No	Si	Si	Si	Si	Mtto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cuál?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No					
3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas					
4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas							
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento					

DIAGNÓSTICO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro de aire.	1			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90% - 96%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Base (Si-No)	Manija (Si-No)	(Si-No)	Aprobado
	638562		93.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño