



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OX-MAN-PR-008  
Fecha Actualización: 04/06/2018  
Página 1 de 1

Fecha Recibo: 30-9-22, Revision # 169281, Auxiliar Mantenimiento: M. Patino, No. Orden: [ ]

IDENTIFICACION DEL EQUIPO: Código Equipo: NN-2832R, Fecha Inicio: 30-9-22, Fecha Fin: 30-9-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ], NO [ ], FECHA INICIO AISLAMIENTO: [ ], FECHA FIN AISLAMIENTO: [ ]

Table with columns: FALLA, SARD, CLASIFICACION, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL REPORTE, REPUERTO CAMBIADO. Includes a vertical label 'DETALLE DE LOS DAÑOS IDENTIFICADOS' on the left.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Observaciones section with handwritten 'MHO'. Includes sub-sections for 'PRUEBAS DE ALARMA' (Pressure, Oxygen, Filtration) and 'SISTEMA DE REFRIGERACION'.

Table with 7 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for voltage, air connection, electrical connections, and ground.

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. (Empty)

Table with 4 columns: No., Prueba / Descripción, Descripción, Resultado. Contains tests for alarm activation, visual/audible alarm, and sensor alarm.

Final Observaciones section with handwritten 'Aprobado' and 'Manteka Patino'. Includes a signature line 'FIRMA MANTENIMIENTO'.