



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAC 000-PR-005
Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2019
Página: 1 de 2

Fecha Realizado: 03/04/23 Remediación: 182E27 Asesor Mantenimiento: Santiago Moreno No. Orden:

Código Equipo: NU-42543 Fecha Inicio: 03/04/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 3/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPARO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Flujo	Flujo a F				0000	0001	0002		
17754	6.5	94.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO	

1. CICLADO Tiempo de la prueba Generar Alarma: [X] []

2. RUIDO EXTRAÑO [] [X] 3. ESTADO DE MANGUERAS [X] [] 4. SISTEMA DE REFRIGERACION [X] []

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES Buenos 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena 8. Con Estirado tenerlo: SI

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK
6	Otras		
7	Otras		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y (L1-L2 E1)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta tarjeta eléctrica	OK
5	Activador de válvula de aire	Control manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Flujo	Flujo a F				0000	0001	0002		
1776263	95	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado Indy Del	

FINA MANTENIMIENTO