



INVERSIONES GRUPO SHALOM VI-012021

NIT: 900659139-9

INFORME SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS

CORRECTIVO

CLIENTE: OXIPRO SAS

FECHA: 04/04 /2023

MANTENIMIENTO APLICADO		CORRECTIVO		X	
PREVENTIVO		CORRECTIVO			
VERIFICACION		REPOTENCIADO			

4 de abril de 2023

INFORMACION DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN	RECARGA DE TAMIZ, MANTENIMIENTO COMPRESOR, MANTENIMIENTO DE LAS ELECTROVALVULAS, M GENERAL.			HORAS #	1348
MARCA	AIRSEP	MODELO	SETTING 3	SERIE	CBB0218280110

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:

SISTEMAS CONCENTRADOR OXIGENO	SERIAL	OBSERVACIONES
REVISION TARJETA	K21008966	BUEN ESTADO
REVISION ENCENDIDO		BUEN ESTADO
REVISION SISTEMA DE ELECTROVALVULAS		BUEN ESTADO
REVISION COMPRESOR		BUEN ESTADO
REVISION SATURACION DE OXIGENO		SE ENTREGA CON UNA CONCENTRACION DE OXIGENO DE 95 %
REVISION SISTEMA ELECTRICO		BUEN ESTADO
REVISION SISTEMA ELECTRONICO		BUEN ESTADO
REVISION LECHOS DE ZEOLITA	SH (12634) SH (12635)	RECARGO TAMIZ
REVISION SISTEMA FILTROS		BUEN ESTADO
REVISION DE ALARMAS		BUEN ESTADO
REVISION ESPUMAS, SOPORTES Y MANGUERAS		BUEN ESTADO

LABORES ADICIONALES Y FECHA DE PROXIMO MANTENIMIENTO

SE ENTREGO EQUIPO CON CAMBIO DE ZEOLITA ,MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR , MANTENIMIENTO DE LAS ELECTROVALVULAS , MANTENIMIENTO GENERAL . POSTERIOR A SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE ENTREGO CON UNA CONCENTRACION DE OXIGENO DE 95%

ESTADO INTERNO



ESTADO EXTERNO Y SATURACIÓN



RECIBIDO A SATISFACCIÓN

DANIEL SUAREZ		FECHA	
		4	4 2023
SOPORTE TECNICO	CLIENTE		