ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OAO-MAN-FR-000
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 5/4/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-39198 | Fecha Inicio: 5/4/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 5/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO (OPERACION DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-9m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-9m)	Pila (5l-9m)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (5l-9m)	FILTROS (5l-9m)	BASE (5l-9m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (5l - MD)	RUEDAS (5l-9m)	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5- 7 PSI)	(90% - 99%)	(5l-9m)										
	15431	65	93	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: [X] | SI: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena SI | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO FALLA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apuito o fuerte	Apudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA	1			

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	PRUEBAS DE ALARMA PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR: Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-LO-EE)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-9m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-9m)	Pila (5l-9m)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (5l-9m)	FILTROS (5l-9m)	BASE (5l-9m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (5l - MD)	RUEDAS (5l-9m)	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5- 7 PSI)	(90% - 99%)	(5l-9m)										
	15431	6.3	93	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]