ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 5/9/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Morales | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-4449B | Fecha Inicio: 5/9/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 5/9/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

PLAGA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Nº REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE:

ACTA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (98% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	Pila (SI / No)	"Fuga a 5" (SI / No)	RELAJAS (SI / No)	PILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	1671	6.4	94.3	5l	S	S	ES	S	S	S	S	S	S	MTC

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Demanda Alarma: SI [X] NO [ ] | 2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: S | Con Sobrecalentamiento:

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.6 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Otro:	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK Agudo
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 3 (Clarie flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y 11-13-63)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tanque de fuga	Desconexión linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Cierre manguera de aire en uno de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (19% - 21%)	FLUJOMETRO (5l /m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	Pila (SI / No)	"Fuga a 5" (SI / No)	RELAJAS (SI / No)	PILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	1475	6293.8	21	5l	S	S	ES	S	S	S	S	S	S	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago