ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha llamado	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
5/4/23		Santiago Montoya	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	Fecha Inicio	Hora Inicio Labor	Fecha Fin
NU-1917B	5/4/23		5/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE

Horas Mantenimiento	CRONÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	CELULAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MARCA	RUEDAS	OBSERVACIONES
13083	6.5	94.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Sonó Alarma	X	Si		Cuál?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Normal	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	[illegible]	[illegible]	SV
2	Prueba de fugas	Se verifica conexión manguera del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	[illegible]	[illegible]	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	agudo
6	Otro		
7	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	cable poder	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica el sonido de alarmas [illegible]	ES
2	[illegible]	[illegible]	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	OK
6	Otro		
7	Otro		

Horas Mantenimiento	CRONÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	CELULAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MARCA	RUEDAS	OBSERVACIONES
13086	6.3	94.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]