ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 5/4/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Marin | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NV-225A | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: 5/4/23 | Fecha Fin: 5/4/25

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

No. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-Nal)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Nal)	Pila (5l-Nal)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-Nal)	FILTROS (5l-Nal)	BASE (5l-Nal)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	MANIJA (5l - NO)	RUEDAS (5l-Nal)	OBSERVACIONES
3796	57	96.7	5 2		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	M + C

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: NO | Si: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si: | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas: X | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: X | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Mangueras

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: SI | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNÓSTICO TALLER — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	AGUDO
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS — PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo x LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

No. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-Nal)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Nal)	Pila (5l-Nal)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-Nal)	FILTROS (5l-Nal)	BASE (5l-Nal)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	MANIJA (5l - NO)	RUEDAS (5l-Nal)	OBSERVACIONES
3798	64	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: