



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10
 Código: SAC-MANTEN-008
 Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2016
 Página 1 de 3

Fecha Emisión: **4/4/23** Borrador #: **102977** Asesor Mantenimiento: **Santiago Morgan** No. Orden: _____

Identificación del Equipo
 Código Equipo: **NN-3096 U** Fecha Inicio: **4/4/23** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: **10/4/23**

Equipo contaminado por posible plaga
 SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASIF DAÑO	DESCRIPCION	CARTERAS	ID. REPORTE	REPUESTO GARRIDO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HUMIDIMETRO	PRESION	ODOMETRO	FALLOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					DESCONEXION			FUGA			FUGA + F			REJILLAS				FILTROS	BASE
					20-20	20-20	20-20	20-20	20-20	20-20	20-20	20-20	20-20						
1255250	50	045			S	S	E5											MTO	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Estado de Alarmas		SI		Cual?											
2. RUIDO EXTRAÑO		SI / NO		ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI / NO							
3. DAÑOS IDENTIFICADOS				89% Mengueta															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bona		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		S		Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SU
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros		
7	Otros		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	switch interno	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + F (Cierre Fugómetro)	Se verifica activación de alarmas L1 - L3 - E5	E5
2	Fuga Muestra	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-L3-E5)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Control temporal de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HUMIDIMETRO	PRESION	ODOMETRO	FALLOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					DESCONEXION			FUGA			FUGA + F			REJILLAS				FILTROS	BASE
					20-20	20-20	20-20	20-20	20-20	20-20	20-20	20-20	20-20						
1255664	939	S			S	S	E5											AProbada	
FIRMA MANTENIMIENTO: <i>Santiago Morgan</i>																			