ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-005
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2014
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 5/4/23 | Remisión #: 182681 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Mejias | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-134 B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 5/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (88% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LCD ES)	REJILLAS (5l-Min)	FILTROS (5l-Min)	BASE (5l-Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MD)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	21266	92	5		9	5	ES	5	5	5	1	5	V	MAC

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: [X] | Si: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si: | No: [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas: | Malas: | SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: [X] | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 89 Manguera Rota

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: 91 | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pita 5 5. V	Verifica voltaje de la pita	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Rejilla Central	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 3 (Cierre fugimetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LE - ES)	ES
2	Flujo Maxima	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LE-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tecla de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (88% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LCD ES)	REJILLAS (5l-Min)	FILTROS (5l-Min)	BASE (5l-Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MD)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	21289	62	93.2	5	5.	5	ES	5	5	5	5	5	5.	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Mejias