



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OJD-SAN-FR-005  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 11/12/2018  
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 10/1/23 Remisión #: 183254 Asesor Mantenimiento: Santiago Alenc No. Orden:

Identificación del equipo: Código Equipo: 7F5A02022400240000 Fecha Inicio: 10/1/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 10/1/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, BARRAS, CLASE BARRA, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI, REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

PARAMETROS DE ENTRADA: En Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FILLUMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, 'Flujo a P'), REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like 103497, 915, 51, 51, 31, 25, 51, 2, 51, 51, 51, 51, 51.

1. CICLADO: Tiempo de la prueba, Genero Alarma . 2. RUIDO EXTRAÑO: Si, No . 3. ESTADO DE MANGUERAS: Sucio . 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Si, No . 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena, Si, Con Solucionamiento.

DESCRIBIR Y RESULTADO: Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for voltage, fuses, electrical connections, and alarm.

REPOSICION USUARIOS: Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CART, CODIGO, DESCRIPCION, CART.

PRUEBAS REALIZADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR: Table with columns: No., Prueba / Situación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation, LED status, and fan connection.

PARAMETROS DE SALIDA: En Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FILLUMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, 'Flujo a P'), REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like 10352, 659, 33, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51.

Aprobado y Firma Mantenimiento: [Signature]