ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-006
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 3

Fecha Remisión: 10/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno. | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-648 | Fecha Inicio: 10/4/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 11/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 5" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	6124	6	94	5	Si	Si	ES	SI	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: [X] | Si: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si: | No: [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas: | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: [X] | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Ajuste compresor cambio anillos

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3,5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro Interno	1		Tamices	2
	Anillos	2		Rejilla central	1

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo > 5 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 5" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	6127	62	95	5	Si	Si	ES	SI	Si	Si	Si	Si	S.	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: