ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GMI-MAN-FR-005
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/12/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12/4/23 | Remisión #: 103360 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NV-1555 | Fecha Inicio: 12/4/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 12/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO (OPERACIÓN DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-9m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-9m)	Pila (5l-9m)	"Flujo a 0" (1.5-2.5)	REJILLAS (5l-9m)	FILTROS (5l-9m)	BASE (5l-9m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 9l)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 9l)	RUEDAS (5l-9m)	OBSERVACIONES
Con Mantenimiento	36092	65	95	51	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: [X] | ¿Cuál?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [ ] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: [X] | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: [X] Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3,5 V	Verifica voltaje de la pila	Ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Ayuda
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Ok
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-9m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-9m)	Pila (5l-9m)	"Flujo a 0" (1.5-2.5)	REJILLAS (5l-9m)	FILTROS (5l-9m)	BASE (5l-9m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 9l)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 9l)	RUEDAS (5l-9m)	OBSERVACIONES
Con Mantenimiento	36095	65	94	85	51	51	Es	51	51	51	51	51	51	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: