

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMA 1		
Fecha Remedio: 12/14/25		Remedio #: 183360		Asesor Mantenimiento: Santiago Moreno		No. Orden		
Codigo Equipo: NN-3001		Fecha Inicio: 12/14/23		Hora Inicio Labor		Fecha Fin: 12/14/25		
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO		
FALLA		DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION		CANTIDAD	ID. REPORTE	
REPUERTO CAMBIADO		SI	NO					
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE								
AREA DE MANTENIMIENTO								
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		BUJIAS		CODIGO DE BARRAS		
HIDROMETRO		DESCRIPCION		FILTROS		BUJIAS		
PRESION		DESCRIPCION		DESCRIPCION		DESCRIPCION		
DESEMBO		DESCRIPCION		DESCRIPCION		DESCRIPCION		
FLUJOMETRO		DESCRIPCION		DESCRIPCION		DESCRIPCION		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó alarma		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		
3. DAÑOS IDENTIFICADOS								
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		5. CONTROL DE TEMPERATURA		Con Subdesempeño		
MTO								
RED DE PRUEBAS								
No.	Prueba	Descripción					Resultado	
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila					OK	
2	Prueba de Fugas	Se verificó conexión neumática del equipo					OK	
3	Conexión eléctrica	Se verificaron las conexiones eléctricas del equipo					OK	
4	Conexión electrónica	Se verificaron las conexiones electrónicas del equipo					OK	
5	Prueba de alarma	Se verificó sonido si es agudo y fuerte					OK	
6	Otro							
7	Otro							
Descripción del diagnóstico identificado								
switch								
PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR								
No.	Prueba / Simulación	Descripción					Resultado	
1	Fuga + 2 (Cierre Fugamos)	Se verificó activación de alarmas (L1 - L3 - E3)					OK	
2	Fuga Máximo	Se verificó activación de alarma visual y sonora (LED rojo e LED amarillo y (L1-L3-E3))					OK	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora					OK	
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica					OK	
5	Activación de válvula de alivio	Cambio mangueta de salida de aire de compresor					OK	
6	Otro							
7	Otro							
8	Otro							
OBSERVACIONES								
Aerobado								
Firma Mantenimiento: [Signature]								