OXIPRO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 2	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de [illegible]

Fecha Remisión	21/2/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno
No. Orden					

Código Equipo	NN - 3077 B	Fecha Inicio	21/02-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	13/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAC?	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	ALARMAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90%-96%)	(lt/min)										
4EB8CS		95	Si		Si	Si	ES							MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	X	SI		Cuál?	

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Mangueras - Alarma.

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible]	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	Aprobado
6	Otras		
7	Otras		

Descripción del Diagnóstico Identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Filtro Central	1		Anillos	2
	Ventilador	1		balineras	1
	Silenciador	1		Aletas	3

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	Ok
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y [illegible])	Ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tubería de flujo	Desconexión toma eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	95
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	ALARMAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90%-96%)	(lt/min)										
9893	62945	6	95	Si	Si	ES								Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [firma]