

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: J40-SMA-FR-000 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018 Página 1 de 2			
Fecha Recepción:	12/14/23	Revisión:	183560	Ayudante Mantenimiento:	Santiago Moreno				
IDENTIFICACION DEL EQUIPO									
Código Equipo:	NV-302e B	Fecha Inicio:	12/14/23	Hora Inicio Labor:		Fecha Fin:	12/14/23		
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO			
			X						
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE									
AREA DE MANTENIMIENTO									
En Mantenimiento HORÓMETRO PRESION OXÍGENO FLUJOMETRO		PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (L1-L2) Pila (L3-L4) "Flujo a P" (L5-L6)				REAJUSTES REINTENS BARRAS		CÓDIGO DE BARRAS RUEDAS	OBSERVACIONES MJO
1. CILINDRO Tiempo de la prueba		3. ESTADO DE MANGUERAS Buena X Malo		4. SISTEMA DE REFRIGERACION X Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Mangueras Tamiros Buena							
7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena Si Con Sobrecalentamiento									
TEST DE PRUEBAS									
No.	Prueba	Descripción					Resultado		
1	Estado Pila S.S.V	Verificar voltaje de la pila					SV		
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo					CB		
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					CB		
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					CB		
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte					Agudo		
6	Otros								
7	Otros								
Descripción del diagnóstico identificado:									
REPORTE USUARIOS									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.				
	FALTO INTERNO TAMIROS TARJETA PRINCIPAL	1		TAMICES	2				
PRUEBAS ESPECIALES PARA VERIFICACION DE LAS LAMPARAS REALIZADAS EN CONCENTRACION									
No.	Prueba / Simulación	Descripción					Resultado		
1	Flujo a 0 (Cero flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - G2)					EJ		
2	Pila Muerta	Se verifica activación de alarma visual (LED Rojo e LED amarillo) (L1-L2-G2)					CB		
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora					CB		
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica					CB		
5	Achicador de aceite de aire	Caudal manguera de aceite del aire de compresor					CB		
6	Otros								
7	Otros								
8	Otros								
OBSERVACIONES									
En Mantenimiento HORÓMETRO PRESION OXÍGENO FLUJOMETRO		PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (L1-L2) Pila (L3-L4) "Flujo a P" (L5-L6)				REAJUSTES REINTENS BARRAS		CÓDIGO DE BARRAS RUEDAS	OBSERVACIONES Aprobado Sulphur
00163945 SI		51		51		51		51	