ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO
Código: SAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 17/A/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Muñoz | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-987 | Fecha Inicio: 17/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 17/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 95%)	FLUJOMETRO (0-4Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-1Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LED)	REJILLAS (0-1Hz)	FILTROS (0-1Hz)	BASE (0-1Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - 1KD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (0 - 1KD)	RUEDAS (0-4Hz)	OBSERVACIONES
17Ec1	6.6	93.5	5	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: No [X] | Si [ ] | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] | Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] | Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: 5 | Con Sobrecalentamiento: [ ]

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	AGUDO
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clarra flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 95%)	FLUJOMETRO (0-4Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-1Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LED)	REJILLAS (0-1Hz)	FILTROS (0-1Hz)	BASE (0-1Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - 1KD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (0 - 1KD)	RUEDAS (0-4Hz)	OBSERVACIONES
17EES	65	99.7	5	5	5	1	ES	5	5	5	5	5	5	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: