ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
Pagina 1 de 2	

Fecha Remisión: 17/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Mora | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-27516 | Fecha Inicio: 17/4/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 17/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | ND: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (1,5-2l)	REJILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIN)	CODIGO DE BARRAS: MANILLA (5l - MIN)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	16441	6.4	94.2	5l	5l	Jl	ES	Jl	5l	Jl	3l	Jl	5l	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genera Alarma: X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas: X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X | Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Sl | Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 5 (Clame flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja y LED amarilla y (LL-LO-ES)	Ok
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión cepas de flujo	Desconexión linea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (1,5-2l)	REJILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIN)	CODIGO DE BARRAS: MANILLA (5l - MIN)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	16485	6.3	94	5l	5l	Jl	ES	5l	Jl	Jl	Jl	Jl	5l	Ayudo

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago