ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
	Página 1 de 3

Fecha Remisión: 18/04/23 | Remisión #: 18 3926 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3769 B | Fecha Inicio: 18/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 18/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Ev. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (S0 - NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	27472	6.7	95	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: Apm | Si: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] | Con Sobrecalentamiento [ ]

DESARROLLO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES)	CM
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	CM
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	CM
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	CM
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

Ev. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (S0 - NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	27474	6.5	93.8		Si	Si	ES	X	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: