ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 19/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Herrera. | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3035B | Fecha Inicio: 19/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 19/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" 0,5 l/m (SI-NO)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	BARRAJE (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
12138	66	95	51	S	J	E5	SI			J	J	J	J

OBSERVACIONES: MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: [X] | SI: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: [X] | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: SI | Con Sobrecalentamiento:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Cal
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Cal
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Cal
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA				

PRUEBAS DE SEGURIDAD

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Cal
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Cal
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Cal
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Cal
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" 0,5 l/m (SI-NO)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	BARRAJE (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
12142	63	99	94	5	1	SI	ES	J	J	J	J	J	J

OBSERVACIONES: Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: