ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-SIMA-FR-009
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	19/04/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-773 B	Fecha Inicio	19/04/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	19/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO/OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

DIAGNOSTICO INICIAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (20%-30%)	FLUJOMETRO (20-Nv)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20-Nv)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (20-Nv)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (20-Nv)	FILTROS (20-Nv)	BASE (20-Nv)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (20-NO)	RUEDAS (20-Nv)	OBSERVACIONES
	19956	6.5	94	5	S	S	ES	S	S	S	S	S	S	MTC

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	X Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	S		Con Sobrecalentamiento	
---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROCEDIMIENTOS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	S
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	S
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	S
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	S
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS CAMBIADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	DISPLAY.	1			
	ANILLOS	2			
	PILA	1			

PRUEBAS FINALES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	S
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	S
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	S
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	S
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

DIAGNOSTICO FINAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (20%-30%)	FLUJOMETRO (20-Nv)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20-Nv)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (20-Nv)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (20-Nv)	FILTROS (20-Nv)	BASE (20-Nv)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (20-NO)	RUEDAS (20-Nv)	OBSERVACIONES
	19960	6.3	98,5	5	S	S	ES	S	S	S	S	S	S	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO