

Fecha Emisión: **14/04/23** Revisión: # Auxiliar Mantenimiento: **Contrage Moreno** No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **NN-2161** Fecha Inicio: **19/04/23** Hora Inicio Labor: Fecha Fin: **19/04/23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** **FECHA FIN AISLAMIENTO**

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	12. REPORTE	REFUEJO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	TICROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fallo a B" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	RUEDA (SI-NO)		
En Mantenimiento	145161	92	51	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto

1. CICLADO Tiempo de la prueba: General Alarma: Duff:

2. RUEDA EXTRAÑO SI No 3. ESTADO DE MANGUERAS Buena Mala: 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Buena Mala:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Buenas** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena **SI** Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	PILA	1			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fallo = 0 (Cierre fugitivo)	Se verifica activación de alarma (L1-L2-E0)	ES
2	Fallo Malivo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión telega de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alido	Operar manopla de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	TICROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fallo a B" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	RUEDA (SI-NO)		
En Mantenimiento	145161	92	51	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado Firma Mantenimiento: <i>[Signature]</i>