OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAN-FR-009
Versión: 3 Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24/04/23 | Remisión #: 124469 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Meren | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: 20804000014 | Fecha Inicio: 24/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 24/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	Pita (30 Hz)	"Flujo a 5" (3.5 KV)	REJILLAS (30 Hz)	FILTROS (30 Hz)	BASE (30 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40)	MANIJA (30 - 40)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
B3834	6.5	94.6	5,		SI	SI	ES	SI	SI	JJ	JJ	J,	-	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: [X] | ID: | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: S, Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pita 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	CE
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	CT
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apagado o fuerte	OK
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	CLL
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	CL
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	CLL
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	CT
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	Pita (30 Hz)	"Flujo a 5" (3.5 KV)	REJILLAS (30 Hz)	FILTROS (30 Hz)	BASE (30 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40)	MANIJA (30 - 40)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
B341	6.6	94.1	5I	SI	5,	ES	JI	JI	JI	JI	JI	J,	FIRMA MANTENIMIENTO	Aprobado