# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAO-MAN-FR-009 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| Página 1 de 2 | |

Fecha Remisión: 25/04/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Morbo | No. Orden:

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-2322 B | Fecha Inicio: 25/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 25/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

HISTORIAL REPORTADO OPERADOR DE MANTO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | EL REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

## AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

| | HOROMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE | BANDEJA | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Mantenimiento | (Hrs) | (6-7 PSI) | (90% - 95%) | (5l/Min) | (Si / No) | (Si / No) | 3.0 V/S | (Si / No) | (Si / No) | (Si / No) | (Si / NO) | (Si / NO) | (Si / No) | |
| | 21557 | 6 | 5 | 4.5 | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mto |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: Si | | 2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [X] | Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] | Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Mangueras

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [Si] | Con Sobrecalentamiento [ ]

## DIAGNOSTICO SALIDA

SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | OK V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión electrica | Se verifican las conexiones electricas del equipo | Ok |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | ok |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Agudo |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

## REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | FILA | 1 | | | |

## LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre hydrinato) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y S.L-LO-ES) | Ok |
| 3 | Desconexión electrica | Activación alarma sonora | Ok |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea electrica | ok |
| 5 | Activación de valvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | ok |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

## PARAMETROS DE SALIDA

| | HOROMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE | BANDEJA | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Mantenimiento | (Hrs) | (6-7 PSI) | (90% - 95%) | (5l/Min) | (Si / No) | (Si / No) | 3.0 V/S | (Si / No) | (Si / No) | (Si / No) | (Si / NO) | (Si / NO) | (Si / No) | |
| | 21559 | 6 | 9.5 | 5 | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]