ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	31-07-23	Remisión #	191791	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NA-2892 B	Fecha Inicio	31-07-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	31-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

ALTA	BAJA	CAMBIADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N° REPORTE	REPUESTO CLIENTE		REPUESTO GARANTÍA	
			Base concentrador	1		Si		No	
			Filtro lateral	1		Si		No	
			Acople rosca tubo humid	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR TÉCNICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 Psi)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 - Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - Hz)	FILTROS (5 - Hz)	BASE (5 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (50 - 100)	RUEDAS (5 - Hz)	OBSERVACIONES
	12196	67	96.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cuál?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS				
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si
Con Sobrecalentamiento	no			

No.	Pruebas	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	PILA	1
	MANGERA TAMIZES	2
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	MANGERA TUBO de REFRIGERACION	1

No.	Pruebas / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 Psi)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 - Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - Hz)	FILTROS (5 - Hz)	BASE (5 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (50 - 100)	RUEDAS (5 - Hz)	OBSERVACIONES
	12198	67	96.5	61	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner