



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-FR-008
Versión 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 31-07-23 | Remisión #: 191791 | Asesor Mantenimiento: Juan Diego Benjuma | No. Orden:

Código Equipo: NN-446SB | Fecha Inicio: 31-07-23 | Hora Inicio Labor.: | Fecha Fin: 01-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | NO | FECHA INICIO ABILITAMIENTO | FECHA FIN ABILITAMIENTO

FALLA / DAÑO / CLASIFICACIÓN	DETALLE DE LA FALLA / DAÑO		CARACTERÍSTICAS	ES REPORTADO	RESPUESTA AL MANTENIMIENTO
	SI	NO			
					Si
					No
					Si
					No
					Si
					No
					Si
					No
					Si
					No

DETALLES ADICIONALES DEZADO POR PLAGA:

INDICADOR	PRESSIÓN	OXÍGENO	FLUÍDOS	PRUEBAS DE ALARMA			HUELLAS	FILTROS	BÁSIS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
				Deseñecido (0-100)	Pila (0-100)	"Flujo a 0" (0-100)						
En Mantenimiento	6740	6,4	95,4	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Mto
1. CICLADO	Tiempo de la prueba						Generó Alarma	No	X	Si		
2. RUEDO EXTRAO	Si	No	X									
3. ESTADO DE MANQUERAS				Bueno			X	Malo				
4. SISTEMA DE REFRIGERACION												

8. DAÑOS IDENTIFICADOS	5. ESTADO DE LAS CONEXIONES			6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA			8. ESTADO DE LAS CONEXIONES		
	Si	No	X	Si	No	X	Bueno		X	Malo		

Nº.	Prueba	Descripción			Resultado
1.	Estado Pila 5.5. V			Verifica voltaje de la pila	OK
2.	Prueba de Fugas			Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3.	Conexión eléctrica			Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4.	Conexión electrónica			Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5.	Prueba de alarma			Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6.	Otros:				
7.	Otros:				

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO IDENTIFICADO	DESCRIPCIÓN			CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.				
		Filtro interno	1			Pila	1

Nº.	Prueba / Activación	Descripción			Resultado
1.	Flujo = 0 (Cierre fisiológico).			Se verifica activación de alarma (LL - LO - ES)	Es
2.	Flujo Maximo:			Se verifica activación de alarma visual y sonoro (LED Rojo o LED Amanecer y LL-LO-ES)	Si
3.	Desconexión eléctrica			Activación alarma sonoro	Si
4.	Desconexión láser de flujo			Desconecta láser eléctrico	Si
5.	Activación de válvula de alarma			Obstruir manguera de salida de aire se comprime	Si
6.	Otros:				
7.	Otros:				
8.	Otros:				

INDICADOR	PRESSIÓN	OXÍGENO	FLUÍDOS	PRUEBAS DE ALARMA			HUELLAS	FILTROS	BÁSIS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
				Deseñecido (0-100)	Pila (0-100)	"Flujo a 0" (0-100)						
En Mantenimiento	6744	6,1	95,2	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado