ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	03-08-23	Remisión #	192073	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4233B	Fecha Inicio	03-08-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	03-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ESTADO RESPUESTOS SOLICITADOS AL ALMACEN

FECHA	ESTADO	CLARE EASO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - l/m)	FILTROS (5l - l/m)	BASE (5l - l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (50 - MD)	RUEDAS (5l-l/m)	OBSERVACIONES
	21332	6.5	95.0	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	No		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PROTECTOR DISPLEY	1			
	PILA	1			
	MANGUERA JAMIZES	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire del compresor	Si
6	Otros:		
8	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - l/m)	FILTROS (5l - l/m)	BASE (5l - l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (50 - MD)	RUEDAS (5l-l/m)	OBSERVACIONES
	21333	6,2	95,2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO