



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-AM-PR-008
Version 2 Fecha Actualización: 13/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 02-08-23, Recepción #: 191984, Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea, No. Orden: []

Identificación del Equipo: Código Equipo: NA-29353, Fecha Inicio: 02-08-23, Hora Inicio Labor: [], Fecha Fin: 03-08-23

Equipo Contaminado por posible Plaga: SI [], NO [], Fecha Inicio Aislamiento: [], Fecha Fin Aislamiento: []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SE RESOLVIÓ, RESPUESTA LABORATORIO. Multiple rows for recording faults and their resolutions.

OTROS DAÑOS ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FLETROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Mto' in observations.

Table with 3 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', etc., with results like 'OK', 'SI', 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. For recording additional parts or findings.

Table with 3 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Fuga = 0 (Cierre fugitivo)', 'Fuga Maximo', etc., with results like 'SI', 'SI'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FLETROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Aprobado' in observations.

Aprobado

[Handwritten signature]