



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAC-1849-FR-001
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 3

Fecha Revisión: 0308-23 Revisión #: 192073 Auditor Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NH-4649 B Fecha Inicio: 03-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 04-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FILTROS LATERALES					

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEJAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)			REJILLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	MACE (SI/NO)	SAC (SI/NO)	SAC (SI/NO)	SAC (SI/NO)	SAC (SI/NO)				SAC (SI/NO)
					SI	NO	ES											
	3239865	950	SI		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		No	X	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mala					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mala				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento		NO								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		

DESCRIPCION del deterioro identificado	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA		1			
	MANGUERA TANQUE OXIGENO		1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo x 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma silenciosa (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Chequear manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEJAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)			REJILLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	MACE (SI/NO)	SAC (SI/NO)	SAC (SI/NO)	SAC (SI/NO)	SAC (SI/NO)			
					SI	NO	ES										
	524036	94.1	SI		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO:																	