OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: [illegible]
Página 1 de 2

Fecha Remisión	03-08-23	Remisión #	192073	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

Código Equipo	YN-1749B	Fecha Inicio	03-08-23	[illegible]		Fecha Fin	04-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN						
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo a 0	PANTALLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	[illegible] (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	19262	6,7	94,2	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		[illegible]		X	Si		[illegible]

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	[illegible]	no

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.3. V	[illegible]	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible]	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifica [illegible]	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit mangueras tanque oxigeno	1		Filtro interno	1

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se activa [illegible]	Es
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma [illegible]	Si
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	Si
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0"	PANTALLAS	FILTROS	[illegible]	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	19265	6,3	95,8	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]