# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-009 |
| Version: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2016 |
| | Página 1 de 2 |

Fecha Remisión: 05-08-23 | Remisión #: 192251 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Bergonza | No. Orden:

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-2798B | Fecha Inicio: 05-08-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 08-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

## SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Filtro lateral | 1 | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

## AREA DE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5 - 7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (5 Lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI - No) | Pila (SI - No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI - No) | FILTROS (SI - No) | BASE (SI - No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI - No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22711 | 63 | 94.9 | Si | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | mto |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | General Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si | Con Sobrecalentamiento: no

## PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | OK |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | Si |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Si |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | Si |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Si |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

## REPUESTOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Filtro interno | 1 | | | |

## PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DESPUES DE MANTENIMIENTO

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-ES) | Si |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Si |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecte línea eléctrica | Si |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Si |
| 6 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |
| 9 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5 - 7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (5 Lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI - No) | Pila (SI - No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI - No) | FILTROS (SI - No) | BASE (SI - No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI - No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22712 | 63 | 95.4 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: